ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭНЕРГО"
Место нахождения: 603152, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Д. 3, ОГРН: 1075261007733.

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛЁВКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

заявляет, что Источники питания Б5-85Б
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭНЕРГО", Место нахождения: 603152, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Д. 3.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603152, РОССИЯ, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул Кемеровская, дом 3.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ФРДС.436237.002ТУ Источники питания Б5-85Б. Технические условия, от 22.05.2025.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 850440300.
Серийный выпуск.

Соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств.

Декларация о соответствии принята на основании протоколов:
535468 выдан 29.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"" РОСС RU.0001.21АЮ49;
535494 выдан 29.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"" РОСС RU.0001.21АЮ49.
Схема декларирования: 3д.

Дополнительная информация
Стандарты и иные нормативные документы:
ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования;
ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000), Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний;
Условия и сроки хранения: температура окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С; относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С; срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления прибора.
Средний срок службы прибора - не менее 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2030 **включительно.**

М.П.

(подпись) ЛЁВКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA12.B.20697/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.12.2025